

PC-Verbindungskabel für RS485/USB-Konfiguration

CP24

Einführung

Konfigurationsarbeiten sind einfacher, wenn das Feldinstrument direkt mit einem PC verbunden werden kann. CP24 bietet die Schnittstelle zur Einstellung von MODBUS-Parametern und zur Konfiguration ausgewählter Strahlungsmessinstrumente, ohne dass ein separater Konverter erforderlich ist.

Das Kabel enthält einen integrierten RS485/USB-Konverter mit einem 8-poligen M12-Steckverbinder auf der Sensor-, Sonden- oder Instrumentenseite und einem USB-Steckverbinder vom Typ A auf der PC-Seite. Die Quellenbezeichnungen werden mit dem Pyranometer LPPYRA-LiteS, dem Pyrheliometer LPPYRHE16S und dem Pyrgeometer LPPIRG01S verwendet.

Für Service, Einrichtung und Parameteranpassung bietet CP24 Technikern eine klare Verbindung zwischen RS485-basierten Instrumenten und einem standardmäßigen USB-Anschluss am PC.

Produkt auf unserer Website ansehen
www.senseca.com/de/produkt/cp24-pc-verbindungskabel-fur-rs485-usb-konfiguration