

Cable de conexión al PC para configuración RS485/ USB

CP24

Introducción

El trabajo de configuración es más fácil cuando el instrumento de campo puede conectarse directamente a un PC. CP24 proporciona la interfaz para configurar los parámetros MODBUS y configurar los instrumentos de medición de radiación seleccionados sin añadir un convertidor independiente.

El cable incluye un convertidor RS485/USB integrado, con un conector M12 de 8 polos en el lado del sensor, sonda o instrumento y un conector USB tipo A en el lado del PC. Los nombres de fuente se usan con el piranómetro LPPYRA-LiteS, el pirheliómetro LPPYRHE16S y el pirgeómetro LPPIRG01S.

Para el mantenimiento, la puesta en marcha y el ajuste de parámetros, CP24 ofrece a los técnicos una vía de conexión clara entre los instrumentos basados en RS485 y un puerto USB estándar de PC.

Ver el producto en nuestro sitio web
www.senseca.com/es/producto/cp24-cable-de-conexion-al-pc-para-configuracion-rs485-usb